



(株) アグリテクノ 御中

2012年12月25日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
 受付番号: CC15009~CC15011
 受付日: 2012年12月3日
 測定日: 2012年12月21日
 検査方法: 測定器:
 日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料 17.18アップMI X (第3)	検出せず ($<19.6\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<33.2\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<31.1\text{Bq/kg}$)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料 17.155アップMI X (第3)	検出せず ($<18.8\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<32.5\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<29.9\text{Bq/kg}$)	
飼料 キング15 (第3)	検出せず ($<19.2\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<20.8\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<31.4\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_アグリテクノ
 産地 : 第3農場
 検体番号 : CC15009
 依頼者 : PPQC (株アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : 17.18アップMIX
 供試量 : 0.658 kg
 測定試料重量 : 0.658 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120121221150047
 測定日時 : 2012/12/21 (金) 15:00:47
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/12/21 (金) 09:48:44)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.96E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	3.11E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	3.32E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(6.44E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_アグリテクノ
 産地 : 第3農場
 検体番号 : CC15010
 依頼者 : PPQC (株)アグリテクノ
 分類 : 飼料
 コメント : 17. 155アップMIX
 供試量 : 0.677 kg
 測定試料重量 : 0.677 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120121221152227
 測定日時 : 2012/12/21 (金) 15:22:27
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/12/21 (金) 09:48:44)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.88E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.99E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	3.25E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(6.24E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_アグリテクノ
 産地 : 第3農場
 検体番号 : CC15011
 依頼者 : PPQC (株アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : キング15
 供試量 : 0.654 kg
 測定試料重量 : 0.654 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120121221154001
 測定日時 : 2012/12/21 (金) 15:40:01
 測定時間 : 15分
 デッドタイム : 0.0%

【 分析条件 】

バックラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/12/21 (金) 09:48:44)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.92E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	3.14E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	2.08E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(5.23E+01) (誤差は3σ)

