

株式会社 アグリテクノ 御中

2013年2月6日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)  
受付番号: D205005~D205006  
受付日: 2013年2月4日  
測定日: 2013年2月5日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

農場名	$^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)	$^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)	$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)	暫定規制値 <sup>2</sup>
石田農場 2号舎	検出せず ( $<5.95\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup>	検出せず ( $<10.0\text{Bq/kg}$ )	検出せず ( $<9.26\text{Bq/kg}$ )	$^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)と $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)の 合計が $100\text{Bq/kg}$ 以下
副霊山農場 3号舎	検出せず ( $<5.88\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup>	検出せず ( $<9.94\text{Bq/kg}$ )	検出せず ( $<8.97\text{Bq/kg}$ )	

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_アグリテクノ  
 産地 : 石田農場  
 検体番号 : D205001  
 依頼者 : PPQC (株アグリテクノ)  
 分類 : 水  
 コメント :  
 供試量 : 1.006 kg  
 測定試料重量 : 1.006 kg  
 測定試料タイプ : マリネリKM301(水)

## 【 測定情報 】


データID : S0120130205104604  
 測定日時 : 2013/02/05 (火) 10:46:04  
 測定時間 : 80 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックラクト補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2013/02/05 (火) 09:41:09)  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	2.87E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	4.51E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	4.77E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.29E+00) (誤差は3σ)



# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_アグリテクノ  
 産地 : 副霊山農場  
 検体番号 : D205002  
 依頼者 : PPQC (株アグリテクノ)  
 分類 : 水  
 コメント :  
 供試量 : 1.012 kg  
 測定試料重量 : 1.012 kg  
 測定試料タイプ : マリネリKM301(水)

## 【 測定情報 】

データID : S0120130205122200  
 測定日時 : 2013/02/05 (火) 12:22:00  
 測定時間 : 67.224 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2013/02/05 (火) 09:41:09 )  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	3.14E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	4.82E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	5.13E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.95E+00) (誤差は3σ)

