



(株) アグリテクノ 御中

2014年3月25日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料  
受付番号: E318001~E318003  
受付日: 2014年3月10日  
測定日: 2014年3月24日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

| サンプル名              | $^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)                    | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)     | $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)     | 暫定規制値 <sup>2</sup>   |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 飼料 17アップ<br>(第1)   | 検出せず<br>( $<8.78\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<14.9\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<13.9\text{Bq/kg}$ ) | 134Cs(セシウム134)と<br>137Cs(セシウム137)の<br>合計が $160\text{Bq/kg}$ 以下 |
| 飼料 17アップE<br>(第1)  | 検出せず<br>( $<8.66\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<14.9\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<13.7\text{Bq/kg}$ ) |  |
| 飼料 プリンセス15<br>(第1) | 検出せず<br>( $<8.77\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<15.1\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<13.9\text{Bq/kg}$ ) |  |

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_株アグリテクノ  
 産地 : 第1農場  
 検体番号 : E318001  
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)  
 分類 : 飼料  
 コメント : 17アップ  
 供試量 : 0.96 kg  
 測定試料重量 : 0.96 kg  
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】


データID : S0120140324124404  
 測定日時 : 2014/03/24 (月) 12:44:04  
 測定時間 : 15 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2014/03/24 (月) 12:03:36 )  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

| No                       | 判定  | 核種名    | エネルギー<br>(keV) | ネット面積±誤差<br>(Counts) | 放射能濃度±誤差<br>(Bq/kg) | 検出限界<br>(Bq/kg)       |
|--------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                        | 不検出 | I-131  | 364.48         | N. D.                | N. D.               | 8.78E+00              |
| 2                        | 不検出 | Cs-137 | 661.65         | N. D.                | N. D.               | 1.39E+01              |
| 3                        | 不検出 | Cs-134 | 795.85         | N. D.                | N. D.               | 1.49E+01              |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) |     |        |                |                      | N. D.               | (2.87E+01)<br>(誤差は3σ) |



# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_ (株)アグリテクノ  
 産地 : 第1農場  
 検体番号 : E318002  
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)  
 分類 : 飼料  
 コメント : 17アップE  
 供試量 : 0.917 kg  
 測定試料重量 : 0.917 kg  
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】


データID : S0120140324130000  
 測定日時 : 2014/03/24 (月) 13:00:00  
 測定時間 : 16分  
 デッドタイム : 0.0%

## 【 分析条件 】

バックラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2014/03/24 (月) 12:03:36)  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

| No                       | 判定  | 核種名    | エネルギー (keV) | ネット面積±誤差 (Counts) | 放射能濃度±誤差 (Bq/kg) | 検出限界 (Bq/kg)          |
|--------------------------|-----|--------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                        | 不検出 | I-131  | 364.48      | N.D.              | N.D.             | 8.66E+00              |
| 2                        | 不検出 | Cs-137 | 661.65      | N.D.              | N.D.             | 1.37E+01              |
| 3                        | 不検出 | Cs-134 | 795.85      | N.D.              | N.D.             | 1.49E+01              |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) |     |        |             |                   | N.D.             | (2.86E+01)<br>(誤差は3σ) |



# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_株アグリテクノ  
 産地 : 第1農場  
 検体番号 : E318003  
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)  
 分類 : 飼料  
 コメント : プリンセス15  
 供試量 : 0.859 kg  
 測定試料重量 : 0.859 kg  
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】

データID : S0120140324131641  
 測定日時 : 2014/03/24 (月) 13:16:41  
 測定時間 : 17 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2014/03/24 (月) 12:03:36)  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

| No                       | 判定  | 核種名    | エネルギー<br>(keV) | ネット面積±誤差<br>(Counts) | 放射能濃度±誤差<br>(Bq/kg) | 検出限界<br>(Bq/kg)       |
|--------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                        | 不検出 | I-131  | 364.48         | N. D.                | N. D.               | 8.77E+00              |
| 2                        | 不検出 | CS-137 | 661.65         | N. D.                | N. D.               | 1.39E+01              |
| 3                        | 不検出 | CS-134 | 795.85         | N. D.                | N. D.               | 1.51E+01              |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) |     |        |                |                      | N. D.               | (2.91E+01)<br>(誤差は3σ) |

