株式会社　アグリテクノ　御中

2017年10月19日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)

受付番号: F2A13004～F2A13007

受付日: 2017年10月16日

測定日: 2017年10月19日

検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)

測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
第2農場　1A号舎	検出せず (<5.63Bq/kg)[1]	検出せず (<9.64Bq/kg)	検出せず (<8.81Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が100Bq/kg以下
第2農場　1B号舎	検出せず (<5.63Bq/kg)[1]	検出せず (<9.95Bq/kg)	検出せず (<8.85Bq/kg)	
第2農場　2A号舎	検出せず (<5.54Bq/kg)[1]	検出せず (<9.41Bq/kg)	検出せず (<8.84Bq/kg)	
第2農場　2B号舎	検出せず (<5.28Bq/kg)[1]	検出せず (<8.83Bq/kg)	検出せず (<8.11Bq/kg)	

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿㈱アグリテクノ
産地	：第２農場　　１Ａ号舎
検体番号	：Ｆ２Ａ１３００４
依頼者	：ＰＰＱＣ（㈱アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試量	：1.02 kg
測定試料重量	：1.02 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120171019125903
測定日時	：2017/10/19 (木) 12:59:03
測定時間	：19 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり (BG測定日時：2017/10/19 (木) 09:12:37)
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.63E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.81E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.64E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.85E+01) (誤差は３σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿㈱アグリテクノ
産地	：第２農場　　１Ｂ号舎
検体番号	：Ｆ２Ａ１３００５
依頼者	：ＰＰＱＣ（㈱アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試量	：1.018 kg
測定試料重量	：1.018 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120171019132302
測定日時	：2017/10/19（木）13:23:02
測定時間	：19 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2017/10/19（木）09:12:37 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算　（減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.63E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.85E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.95E+00
		Cs合計（Cs-134,Cs-137不検出）			N.D.	(1.88E+01) (誤差は３σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿㈱アグリテクノ
産地	：第２農場　　２Ａ号舎
検体番号	：Ｆ２Ａ１３００６
依頼者	：ＰＰＱＣ（㈱アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試量	：0.998 kg
測定試料重量	：0.998 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120171019140245
測定日時	：2017/10/19（木）14:02:45
測定時間	：20 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2017/10/19（木）09:12:37 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算　（減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.54E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.84E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.41E+00
		Cs合計（Cs-134,Cs-137不検出）			N.D.	(1.83E+01) (誤差は３σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿㈱アグリテクノ
産地	：第２農場　　２Ｂ号舎
検体番号	：Ｆ２Ａ１３００７
依頼者	：ＰＰＱＣ（㈱アグリテクノ）
分類	：原料卵
コメント	：
供試量	：0.974 kg
測定試料重量	：0.974 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120171019143156
測定日時	：2017/10/19（木）14:31:56
測定時間	：24 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2017/10/19（木）09:12:37 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算　（減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.28E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.11E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	8.83E+00
		Cs合計（Cs-134,Cs-137不検出）			N.D.	(1.69E+01) (誤差は３σ)