



(株)アグリテクノ 御中

2021年7月21日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: F6715001~F6715004
受付日: 2021年7月1日
測定日: 2021年7月21日
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料 UNK17UP (第3)	検出せず ($<6.73\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<11.6\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<10.4\text{Bq/kg}$)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料 UNK18UP (第3)	検出せず ($<7.02\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<12.7\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<11.1\text{Bq/kg}$)	
飼料 こいたまご17 (第3)	検出せず ($<7.36\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<12.7\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<11.6\text{Bq/kg}$)	
飼料 アグリエッグ18 (第3)	検出せず ($<6.89\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<11.5\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<10.7\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_(株)アグリテクノ
 産地 : 第3農場
 検体番号 : F6715001
 依頼者 : PPQC ((株)アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : UNK17UP
 供試量 : 0.984 kg
 測定試料重量 : 0.984 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120210721145345
 測定日時 : 2021/07/21 (水) 14:53:45
 測定時間 : 20分
 デッドタイム : 0.0%

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2021/07/21 (水) 11:10:29)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	6.73E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.04E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.16E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.20E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_(株)アグリテクノ
産地 : 第3農場
検体番号 : F6715002
依頼者 : PPQC((株)アグリテクノ)
分類 : 飼料
コメント : UNK18UP
供試量 : 0.911 kg
測定試料重量 : 0.911 kg
測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120210721151835
測定日時 : 2021/07/21 (水) 15:18:35
測定時間 : 20 分
デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2021/07/21 (水) 11:10:29)
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	7.02E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.11E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.27E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.38E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_(株)アグリテクノ
 産地 : 第3農場
 検体番号 : F6715003
 依頼者 : PPQC((株)アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : こいたまご17
 供試量 : 0.844 kg
 測定試料重量 : 0.844 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120210721154709
 測定日時 : 2021/07/21 (水) 15:47:09
 測定時間 : 20 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2021/07/21 (水) 11:10:29)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	7.36E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	1.16E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N. D.	N. D.	1.27E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.42E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_(株)アグリテクノ
 産地 : 第3農場
 検体番号 : F6715004
 依頼者 : PPQC((株)アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : アグリエッグ18
 供試量 : 0.941 kg
 測定試料重量 : 0.941 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120210721160804
 測定日時 : 2021/07/21 (水) 16:08:04
 測定時間 : 19.877 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2021/07/21 (水) 11:10:29)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	6.89E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	1.07E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N. D.	N. D.	1.15E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.22E+01) (誤差は3σ)

