



株アグリテクノ 御中

2022年11月4日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: F7B04002
受付日: 2022年10月10日
測定日: 2022年11月4日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料 大雛15.5 (第1育成)	検出せず ($<7.68\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<13.3\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<12.1\text{Bq/kg}$)	^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が 160Bq/kg 以下

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載:飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料 (株)アグリテクノ
 産地 : 第1育成
 検体番号 : F7B04002
 依頼者 : PPQC ((株)アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : 大雞15.5
 供試量 : 0.908 kg
 測定試料重量 : 0.908 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120221104121800
 測定日時 : 2022/11/04 (金) 12:18:00
 測定時間 : 18分
 デッドタイム : 0.0%

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2022/11/04 (金) 09:32:43)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	7.68E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	1.21E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	1.33E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(2.53E+01) (誤差は3σ)

