



(株)アグリテクノ 御中

2022年12月21日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料  
受付番号: F7C14001~F7C14003  
受付日: 2022年12月5日  
測定日: 2022年12月20日  
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

サンプル名	$^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)	$^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)	$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)	暫定規制値 <sup>2</sup>
飼料 UNK17UP (第1)	検出せず ( $<7.32\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup>	検出せず ( $<13.1\text{Bq/kg}$ )	検出せず ( $<11.5\text{Bq/kg}$ )	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料 こいたまご17 (第1)	検出せず ( $<7.25\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup>	検出せず ( $<12.7\text{Bq/kg}$ )	検出せず ( $<11.6\text{Bq/kg}$ )	
飼料 特たま17 (第1)	検出せず ( $<7.32\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup>	検出せず ( $<12.8\text{Bq/kg}$ )	検出せず ( $<11.6\text{Bq/kg}$ )	

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_(株)アグリテクノ  
 産地 : 第1農場  
 検体番号 : F7C14001  
 依頼者 : PPQC((株)アグリテクノ)  
 分類 : 飼料  
 コメント : UNK17UP  
 供試量 : 0.918 kg  
 測定試料重量 : 0.918 kg  
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】


データID : S0120221220104400  
 測定日時 : 2022/12/20(火) 10:44:00  
 測定時間 : 18分  
 デッドタイム : 0.0%

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2022/12/20(火) 09:47:04)  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	7.32E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N.D.	N.D.	1.15E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N.D.	N.D.	1.31E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(2.46E+01) (誤差は3σ)



# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_(株)アグリテクノ  
産地 : 第1農場  
検体番号 : F7C14002  
依頼者 : PPQC ((株)アグリテクノ)  
分類 : 飼料  
コメント : こいたまご17  
供試量 : 0.92 kg  
測定試料重量 : 0.92 kg  
測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】


データID : S0120221220110724  
測定日時 : 2022/12/20 (火) 11:07:24  
測定時間 : 18 分  
デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2022/12/20 (火) 09:47:04)  
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	7.25E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.16E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.27E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.43E+01) (誤差は3σ)



# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_(株)アグリテクノ  
産地 : 第1農場  
検体番号 : F7C14003  
依頼者 : PPQC((株)アグリテクノ)  
分類 : 飼料  
コメント : 特たま17  
供試量 : 0.913 kg  
測定試料重量 : 0.913 kg  
測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】

データID : S0120221220112928  
測定日時 : 2022/12/20 (火) 11:29:28  
測定時間 : 17.969 分  
デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2022/12/20 (火) 09:47:04)  
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	7.32E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N.D.	N.D.	1.16E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N.D.	N.D.	1.28E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(2.45E+01) (誤差は3σ)

