



(株)アグリテクノ 御中

2023年3月28日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料  
受付番号: F8318003  
受付日: 2023年3月9日  
測定日: 2023年3月27日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

サンプル名	$^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)	$^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)	$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)	暫定規制値 <sup>2</sup>
飼料 中糶プレシャス (第1育成)	検出せず ( $<7.34\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup>	検出せず ( $<13.1\text{Bq/kg}$ )	検出せず ( $<11.5\text{Bq/kg}$ )	$^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)と $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)の 合計が $160\text{Bq/kg}$ 以下

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 飼料\_ (株)アグリテクノ  
産地 : 第1育成  
検体番号 : F831B003  
依頼者 : PPQC ((株)アグリテクノ)  
分類 : 飼料  
コメント : 中継プレシャス  
供試量 : 0.908 kg  
測定試料重量 : 0.908 kg  
測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】

データID : S0120230327194308  
測定日時 : 2023/03/27 (月) 19:43:08  
測定時間 : 18 分  
デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2023/03/27 (月) 15:50:29 )  
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	7.34E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N.D.	N.D.	1.15E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N.D.	N.D.	1.31E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(2.46E+01) (誤差は3σ)

