



(株)アグリテクノ 御中

2024年3月26日

検査結果報告書



株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: F9316005・F9316006
受付日: 2024年3月11日
測定日: 2024年3月22日
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

| サンプル名 | ^{131}I (ヨウ素131) | ^{134}Cs (セシウム134) | ^{137}Cs (セシウム137) | 暫定規制値 ² |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 飼料 エキスパート17 (大関) | 検出せず ($<8.06\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<14.2\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<12.4\text{Bq/kg}$) | 134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下 |
| 飼料 ヘルシー SUQNA17 (大関) | 検出せず ($<8.57\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<15.6\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<14.0\text{Bq/kg}$) | |

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料