

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: F9C17008~F9C17011
受付日: 2024年12月16日
測定日: 2024年12月23日
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料 UNK17UP (石田)	検出せず ($<6.90\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<12.0\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<10.7\text{Bq/kg}$)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料 UNK18UP (石田)	検出せず ($<7.25\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<12.8\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<11.5\text{Bq/kg}$)	
飼料 UNK17UPE (石田)	検出せず ($<8.11\text{Bq/kg}$) ²	検出せず ($<14.5\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<12.8\text{Bq/kg}$)	
飼料 UNK18UPE (石田)	検出せず ($<7.52\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<13.1\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<11.9\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子