



## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)  
受付番号: FA208007~FA208010  
受付日: 2025年2月3日  
測定日: 2025年2月7日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

| 農場名       | $^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)                    | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)     | $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)     | 暫定規制値 <sup>2</sup>   |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 第3農場 6A号舎 | 検出せず<br>( $<5.31\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<9.02\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<8.25\text{Bq/kg}$ ) | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)と<br>$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)の<br>合計が $100\text{Bq/kg}$ 以下 |
| 第3農場 6B号舎 | 検出せず<br>( $<5.32\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<8.93\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<7.96\text{Bq/kg}$ ) |  |
| 第3農場 7A号舎 | 検出せず<br>( $<5.30\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<8.91\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<8.04\text{Bq/kg}$ ) |  |
| 第3農場 7B号舎 | 検出せず<br>( $<5.29\text{Bq/kg}$ ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( $<9.13\text{Bq/kg}$ ) | 検出せず<br>( $<8.42\text{Bq/kg}$ ) |  |

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子