



株式会社 アグリテクノ 御中

2025年3月6日

検査結果報告書



株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: FA306001~FA306006
受付日: 2025年2月25日
測定日: 2025年3月6日
検査方法: 測定器:
 日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
第2農場 2A号舎	検出せず ($<5.15\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<9.27\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<8.32\text{Bq/kg}$)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が100Bq/kg以下
第2農場 2B号舎	検出せず ($<5.12\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<5.61\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<8.20\text{Bq/kg}$)	
第2農場 3A号舎	検出せず ($<5.15\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<8.99\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<8.17\text{Bq/kg}$)	
第2農場 3B号舎	検出せず ($<5.29\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<9.19\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<8.53\text{Bq/kg}$)	
第2農場 4A号舎	検出せず ($<5.31\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<9.25\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<8.39\text{Bq/kg}$)	
第2農場 4B号舎	検出せず ($<5.33\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<9.43\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<8.42\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のものを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子