



検査結果報告書



株式会社ピーピーキューシー
 福島県二本松市岳温泉大和125-7
 TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
 受付番号: FA307001~FA307005
 受付日: 2025年3月3日
 測定日: 2025年3月7日
 検査方法: 測定器:
 日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
第3農場 1A号舎	検出せず (<5.39Bq/kg) ¹	検出せず (<9.14Bq/kg)	検出せず (<8.55Bq/kg)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が100Bq/kg以下
第3農場 1B号舎	検出せず (<5.29Bq/kg) ¹	検出せず (<9.06Bq/kg)	検出せず (<8.42Bq/kg)	
第3農場 2号舎	検出せず (<5.21Bq/kg) ¹	検出せず (<9.23Bq/kg)	検出せず (<8.38Bq/kg)	
第3農場 4号舎	検出せず (<5.29Bq/kg) ¹	検出せず (<8.94Bq/kg)	検出せず (<8.22Bq/kg)	
第3農場 5号舎	検出せず (<5.42Bq/kg) ¹	検出せず (<9.59Bq/kg)	検出せず (<8.69Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のものを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子