



株式会社アグリテクノ 御中

2025年9月24日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: FA918005～FA918009
受付日: 2025年9月8日
測定日: 2025年9月24日
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料 UNK17 (大関)	検出せず (<7.59Bq/kg) ¹	検出せず (<13.2Bq/kg)	検出せず (<12.1Bq/kg)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料 FD17 (大関)	検出せず (<7.52Bq/kg) ¹	検出せず (<13.3Bq/kg)	検出せず (<11.8Bq/kg)	
飼料 Nキング17 (大関)	検出せず (<7.66Bq/kg) ¹	検出せず (<13.6Bq/kg)	検出せず (<12.4Bq/kg)	
飼料 Nキング18 (大関)	検出せず (<7.47Bq/kg) ¹	検出せず (<13.6Bq/kg)	検出せず (<11.9Bq/kg)	
飼料 エキスパート18 (大関)	検出せず (<7.44Bq/kg) ¹	検出せず (<13.2Bq/kg)	検出せず (<11.9Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子