株式会社　伊奈養鶏場　御中

2013年12月25日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: パック卵（内容のみ）
受付番号: DC19012
受付日: 2013年12月24日
測定日: 2013年12月25日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
（NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定）

測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I（ヨウ素131）	^{134}Cs（セシウム134）	^{137}Cs（セシウム137）	暫定規制値
パック卵	検出せず （＜5.90Bq/kg）[1]	検出せず （＜9.88Bq/kg）	検出せず （＜9.46Bq/kg）	^{134}Cs（セシウム134）と ^{137}Cs（セシウム137）の 合計が100Bq/kg以下

[1] （ ）内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵__伊奈養鶏場
産地	：
検体番号	：ＤＣ１９０１２
依頼者	：PPQC（㈱伊奈養鶏場）
分類	：パック卵
コメント	：
供試量	：0.979 kg
測定試料重量	：0.979 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120131225185251
測定日時	：2013/12/25（水）18:52:51
測定時間	：20 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり （ BG測定日時：2013/12/25（水）12:53:12 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.90E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	9.46E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.88E+00
		Cs合計（Cs-134,Cs-137不検出）			N.D.	(1.93E+01) (誤差は３σ)