株式会社　伊奈養鶏場　御中

2014年4月30日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: パック卵（内容のみ）

受付番号: E41E002

受付日: 2014年4月29日

測定日: 2014年4月30日

検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
（NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定）

測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I（ヨウ素131）	^{134}Cs（セシウム134）	^{137}Cs（セシウム137）	暫定規制値
パック卵	検出せず（＜6.13Bq/kg）[1]	検出せず（＜10.1Bq/kg）	検出せず（＜9.27Bq/kg）	^{134}Cs（セシウム134）と ^{137}Cs（セシウム137）の合計が100Bq/kg以下

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	： 卵＿伊奈養鶏場
産地	：
検体番号	： Ｅ４１ＥＯＯ２
依頼者	： PPQC（㈱伊奈養鶏場）
分類	： パック卵
コメント	：
供試量	： 1.056 kg
測定試料重量	： 1.056 kg
測定試料タイプ	： マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	： S0120140430104036
測定日時	： 2014/04/30 (水) 10:40:36
測定時間	： 16.629 分
デッドタイム	： 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	： BG補正あり (BG測定日時：2014/04/30 (水) 09:43:34)
減衰補正	： 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	6.13E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	9.27E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	1.01E+01
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.94E+01) (誤差は３σ)