



石井養鶏場 御中

2012年2月8日

検査結果報告書



株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: C208010・C208011
受付日: 2012年2月6日
測定日: 2012年2月8日
検査方法: 測定器:
日立アロカメリアル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
原料卵-1	検出せず ($<14.3\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<14.9\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<24.0\text{Bq/kg}$)	^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が 500Bq/kg 以下
原料卵-2	検出せず ($<14.8\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<23.0\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<23.6\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のを記載: 卵

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_石井養鶏場
 産地 :
 検体番号 : C208010
 依頼者 : PPQC (石井養鶏場)
 分類 : 原料卵-1
 コメント :
 供試料 : 0.858
 測定試料重量 : 0.858 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120208152933
 測定日時 : 2012/02/08 (水) 15:29:33
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/02/08 (水) 14:28:58)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.43E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.40E+01
3	不検出	Cs-134	795.845	N. D.	N. D.	1.49E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.28E+02



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_石井養鶏場
 産地 :
 検体番号 : C208011
 依頼者 : PPQC (石井養鶏場)
 分類 : 原料卵-2
 コメント :
 供試料 : 0.866
 測定試料重量 : 0.866 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120120208174243
 測定日時 : 2012/02/08 (水) 17:42:43
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/02/08 (水) 14:28:58)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.48E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.36E+01
3	不検出	Cs-134	795.845	N. D.	N. D.	2.30E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.25E+02

