都路農場　御中

2011年12月14日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: BCE015
受付日: 2011年12月14日
測定日: 2011年12月14日
検査方法: 測定器:
日立アロカメリアル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
飼料	検出せず (<20.6Bq/kg)[1]	検出せず (<34.5Bq/kg)	検出せず (<32.9Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が300Bq/kg以下

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　飼料
＊実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：飼料__都路農場
産地	：
検体番号	：ＢＣＥ０１５
依頼者	：ＰＰＱＣ（都路農場）
分類	：飼料
コメント	：
供試料	：0.601
測定試料重量	：0.601 kg
測定試料タイプ	：V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120111214161848
測定日時	：2011/12/14（水）16:18:48
測定時間	：15 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり（ BG測定日時：2011/12/14（水）10:15:04 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	2.06E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	3.29E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N.D.	N.D.	3.45E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N.D.	N.D.	3.87E+02