(有)都路農場　御中

2012年4月18日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: C411007
受付日: 2012年4月17日
測定日: 2012年4月17日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
パック卵	検出せず (<6.22Bq/kg)[1]	検出せず (<10.2Bq/kg)	検出せず (<9.82Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が100Bq/kg以下

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵
＊実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	: 卵__都路農場
産地	:
検体番号	: Ｃ４１１００７
依頼者	: ＰＰＱＣ（都路農場）
分類	: パック卵
コメント	:
供試量	: 0.94
測定試料重量	: 0.94 kg
測定試料タイプ	: V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID	: S0120120417140420-03
測定日時	: 2012/04/17 (火) 14:04:20
測定時間	: 80 分
デッドタイム	: 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	: BG補正あり (BG測定日時 : 2012/04/17 (火) 10:40:44)
減衰補正	: 測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	6.22E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	9.82E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	1.02E+01
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(2.00E+01) (誤差は３σ)