2018年11月20日

(有)都路農場　御中

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: F3B15001
受付日: 2018年11月20日
測定日: 2018年11月20日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)

測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
パック卵	検出せず (<5.84Bq/kg)[1]	検出せず (<9.84Bq/kg)	検出せず (<9.05Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が100Bq/kg以下

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	： 卵＿(有)都路農場
産地	：
検体番号	： Ｆ３Ｂ１５００１
依頼者	： ＰＰＱＣ（(有)都路農場）
分類	： パック卵
コメント	：
供試量	： 1.022 kg
測定試料重量	： 1.022 kg
測定試料タイプ	： マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	： S0120181120125559
測定日時	： 2018/11/20 (火) 12:55:59
測定時間	： 18 分
デッドタイム	： 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	： BG補正あり (BG測定日時：2018/11/20 (火) 10:38:09)
減衰補正	： 測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.84E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	9.05E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.84E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.89E+01) (誤差は３σ)