㈲都路農場　御中

2019年6月11日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: F460B001
受付日: 2019年6月11日
測定日: 2019年6月11日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
飼料	検出せず (<7.33Bq/kg)[1]	検出せず (<12.7Bq/kg)	検出せず (<11.4Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が160Bq/kg以下

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　飼料

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	: 飼料__(有)都路農場
産地	:
検体番号	: Ｆ４６０Ｂ００１
依頼者	: ＰＰＱＣ ((有)都路農場)
分類	: 飼料
コメント	:
供試量	: 0.805 kg
測定試料重量	: 0.805 kg
測定試料タイプ	: マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	: S0120190611102257
測定日時	: 2019/06/11 (火) 10:22:57
測定時間	: 18 分
デッドタイム	: 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	: BG補正あり (BG測定日時 : 2019/06/11 (火) 09:38:18)
減衰補正	: 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	7.33E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	1.14E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	1.27E+01
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(2.41E+01) (誤差は３σ)