

検査報告書

依頼者 有限会社 水野谷鶏卵 殿

検査品の名称 黒鶏の卵

表記事項

平成 23年 9月 19日付け依頼のありました検査品の検査結果をご報告いたします。

無添加食品販売協同組合
検査センター
東京都品川区南大井2-9-2

記

項目名	結果	検出限界値	検査法
放射性セシウム	検出せず		
セシウム-134	検出せず	10 Bq/kg	ガンマ線スペクトロメーター法*
セシウム-137	検出せず	10 Bq/kg	ガンマ線スペクトロメーター法*
放射性ヨウ素	検出せず		
ヨウ素-131	検出せず	10 Bq/kg	ガンマ線スペクトロメーター法*

*:ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。

以上