



(有)サカイフーズ 御中

2011年1月5日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
受付番号: C105007~C105009
受付日: 2011年1月5日
測定日: 2011年1月5日
検査方法: 測定器:
 日立アロカメリアル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
浅川農場	検出せず ($<15.3\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<26.3\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<25.2\text{Bq/kg}$)	^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が500Bq/kg以下
石川農場	検出せず ($<15.7\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<26.6\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<25.2\text{Bq/kg}$)	
松川養鶏場	検出せず ($<15.8\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<27.2\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<26.0\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_酒井養鶏場
 産地 : 浅川農場
 検体番号 : C105007
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏)
 分類 : パック卵
 コメント :
 供試料 : 0.904
 測定試料重量 : 0.904 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120105130638
 測定日時 : 2012/01/05 (木) 13:06:38
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

パックラント補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/01/04 (水) 12:00:07)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.53E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.52E+01
3	不検出	Cs-134	795.845	N. D.	N. D.	2.63E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.61E+02



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_酒井養鶏場
 産地 : 石川農場
 検体番号 : C105008
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏)
 分類 : パック卵
 コメント :
 供試料 : 0.904
 測定試料重量 : 0.904 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120105132205
 測定日時 : 2012/01/05 (木) 13:22:05
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

パックラント補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/01/04 (水) 12:00:07)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.57E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.52E+01
3	不検出	Cs-134	795.845	N. D.	N. D.	2.66E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.57E+02



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_酒井養鶏場
 産地 : 松川養鶏
 検体番号 : C105009
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏)
 分類 : パック卵
 コメント :
 供試料 : 0.898
 測定試料重量 : 0.898 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120120105133812
 測定日時 : 2012/01/05 (木) 13:38:12
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

パックラント補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/01/04 (水) 12:00:07)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.58E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.60E+01
3	不検出	Cs-134	795.845	N. D.	N. D.	2.72E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.61E+02

