



松川養鶏場 御中

2012年7月20日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 原料卵(内容のみ)
受付番号: C7140015~C714017
受付日: 2012年7月17日
測定日: 2012年7月20日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
1号舎	検出せず ($<6.38\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<10.6\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<9.96\text{Bq/kg}$)	^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が 100Bq/kg 以下
2号舎	検出せず ($<5.71\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<10.0\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<9.49\text{Bq/kg}$)	
3号舎	検出せず ($<6.22\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<10.6\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<9.99\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のものを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_松川ファーム
 産地 : 1号舎
 検体番号 : C714015
 依頼者 : PPQC (松川ファーム)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.104 kg
 測定試料重量 : 1.104 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120720164752
 測定日時 : 2012/07/20 (金) 16:47:52
 測定時間 : 20 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/07/20 (金) 09:27:11)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	6.38E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	9.96E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.06E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.06E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_松川ファーム
 産地 : 2号舎
 検体番号 : C714016
 依頼者 : PPQC (松川ファーム)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.184 kg
 測定試料重量 : 1.184 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120720171219
 測定日時 : 2012/07/20 (金) 17:12:19
 測定時間 : 20分
 デッドタイム : 0.0%

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/07/20 (金) 09:27:11)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	5.71E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	9.49E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.00E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(1.95E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_松川ファーム
 産地 : 3号舎
 検体番号 : C714017
 依頼者 : PPQC (松川ファーム)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試量 : 1.122 kg
 測定試料重量 : 1.122 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120120720173439
 測定日時 : 2012/07/20 (金) 17:34:39
 測定時間 : 20 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/07/20 (金) 09:27:11)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	6.22E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	9.99E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N. D.	N. D.	1.06E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.06E+01) (誤差は3σ)

