

たいら鶏卵事業協同組合 御中

〒973-8409
 福島県いわき市内郷御台境町新町前6-2
 Tel.0246-22-1511 Fax.0246-22-1514

株式会社食環境衛生研究所
 〒379-2107
 群馬県前橋市荒口町561-21
 TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
 登録衛生検査所 第41号
 計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: 11082320-2
 受付日: 2011年8月23日
 報告日: 2011年8月25日
 検体名: 水
 採取日: 2011年8月22日
 測定日: 2011年8月24日
 備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

検査項目	検査結果	単位	暫定規制値	検出限界*	検査方法
^{131}I (ヨウ素131)	検出せず	Bq/kg	300	10未満	計測器・検出器: Ludlum社製 Model2200 シングルチャンネルアナライザー及び Model44-11 NaIシンチレーション検出器 測定方法: 緊急時における食品の放射能測定マニュアルを参考とした
^{134}Cs (セシウム134)	検出せず	Bq/kg	200 (134と137の合計)	20未満	
^{137}Cs (セシウム137)	検出せず	Bq/kg		10未満	

暫定規制値は右記食品種で記載: 飲料水
 *測定できる下限値の範囲

検査担当者: 岩崎 検査責任者: 松本