



検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: D405009・D405010
受付日: 2013年4月5日
測定日: 2013年4月5日
検査方法: 測定器:
 日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料_HW4-1 ①タンク MX17ミックス	検出せず ($<9.04\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<15.2\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<13.9\text{Bq/kg}$)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料_HW8-1 ①タンク MX14.5	検出せず ($<9.25\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<15.9\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<14.4\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載:飼料

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_たいら鶏卵事業協同組合
 産地 : HW4-1①
 検体番号 : D405009
 依頼者 : PPQC (たいら鶏卵事業協同組合)
 分類 : 飼料
 コメント : MX17ミックス
 供試量 : 0.814 kg
 測定試料重量 : 0.814 kg
 測定試料タイプ : マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120130405143106
 測定日時 : 2013/04/05 (金) 14:31:06
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2013/04/05 (金) 10:11:56)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	9.04E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.39E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.52E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.92E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_たいら鶏卵事業協同組合
 産地 : HW8-1①
 検体番号 : D405010
 依頼者 : PPQC (たいら鶏卵事業協同組合)
 分類 : 飼料
 コメント : MX14.5
 供試量 : 0.778 kg
 測定試料重量 : 0.778 kg
 測定試料タイプ : マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120130405150435
 測定日時 : 2013/04/05 (金) 15:04:35
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2013/04/05 (金) 10:11:56)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	9.25E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	1.44E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N. D.	N. D.	1.59E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(3.03E+01) (誤差は3σ)

