



検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシュー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: DC09006.DC009007
受付日: 2013年12月6日
測定日: 2013年12月9日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料_HW2-2 ①タンク SSM15	検出せず (< 8.33Bq/kg) ¹	検出せず (< 14.2Bq/kg)	検出せず (< 12.6Bq/kg)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が ¹ 160Bq/kg以下
飼料_HW4-1 ②タンク フルムーン15	検出せず (< 5.65Bq/kg) ¹	検出せず (< 14.5Bq/kg)	検出せず (< 13.2Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_たいら鶏卵事業協同組合
 産地 : HW2-2①
 検体番号 : DC09006
 依頼者 : PPQC (たいら鶏卵事業協同組合)
 分類 : 飼料
 コメント : SSM15
 供試量 : 0.784 kg
 測定試料重量 : 0.784 kg
 測定試料タイプ : マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120131209140722
 測定日時 : 2013/12/09 (月) 14:07:22
 測定時間 : 18.062 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

パックラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2013/12/09 (月) 09:50:31)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	8.33E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.26E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.42E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.67E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_たいら鶏卵事業協同組合
 産地 : HW4-1②
 検体番号 : DC09007
 依頼者 : PPQC (たいら鶏卵事業協同組合)
 分類 : 飼料
 コメント : フルムーン15
 供試量 : 0.814 kg
 測定試料重量 : 0.814 kg
 測定試料タイプ : マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120131209142617
 測定日時 : 2013/12/09 (月) 14:26:17
 測定時間 : 16 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2013/12/09 (月) 09:50:31)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	5.65E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.32E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.45E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(2.77E+01) (誤差は3σ)

