たいら鶏卵事業協同組合　御中

2017年2月27日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 原料卵

受付番号: F2218006～F2218009

受付日: 2017年2月21日

測定日: 2017年2月24日

検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製　Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)

測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	^{131}I(ヨウ素131)	^{134}Cs(セシウム134)	^{137}Cs(セシウム137)	暫定規制値[2]
HW8-1F	検出せず (<5.58Bq/kg)[1]	検出せず (<9.51Bq/kg)	検出せず (<8.83Bq/kg)	^{134}Cs(セシウム134)と ^{137}Cs(セシウム137)の合計が100Bq/kg以下
HW8-2F	検出せず (<5.64Bq/kg)[1]	検出せず (<9.84Bq/kg)	検出せず (<9.27Bq/kg)	
HW9-1F	検出せず (<5.81Bq/kg)[1]	検出せず (<9.81Bq/kg)	検出せず (<8.75Bq/kg)	
HW9-2F	検出せず (<5.81Bq/kg)[1]	検出せず (<9.73Bq/kg)	検出せず (<8.83Bq/kg)	

[1] ( )内は各測定時の検出限界値を示す
[2] 暫定規制値は右記食品種のものを記載:　卵

検査担当者:　佐藤　友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	： 卵＿たいら鶏卵事業協同組合
産地	： HW８－１
検体番号	： Ｆ２２１８００６
依頼者	： ＰＰＱＣ（たいら鶏卵事業協同組合）
分類	： 原料卵
コメント	：
供試量	： 1.04 kg
測定試料重量	： 1.04 kg
測定試料タイプ	： マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	： S0120170224152617
測定日時	： 2017/02/24 (金) 15:26:17
測定時間	： 18 分
デッドタイム	： 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	： BG補正あり （ BG測定日時 : 2017/02/24 (金) 10:22:49 ）
減衰補正	： 測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.58E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.83E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.51E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.83E+01) (誤差は３σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	：卵＿たいら鶏卵事業協同組合
産地	：HW８－２
検体番号	：Ｆ２２１８００７
依頼者	：ＰＰＱＣ（たいら鶏卵事業協同組合）
分類	：原料卵
コメント	：
供試量	：1.028 kg
測定試料重量	：1.028 kg
測定試料タイプ	：マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	：S0120170224155524
測定日時	：2017/02/24（金）15:55:24
測定時間	：18 分
デッドタイム	：0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	：BG補正あり （ BG測定日時：2017/02/24（金）10:22:49 ）
減衰補正	：測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.64E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	9.27E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.84E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.91E+01) (誤差は３σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	： 卵＿たいら鶏卵事業協同組合
産地	： HW９－１
検体番号	： Ｆ２２１８００８
依頼者	： ＰＰＱＣ（たいら鶏卵事業協同組合）
分類	： 原料卵
コメント	：
供試量	： 1.025 kg
測定試料重量	： 1.025 kg
測定試料タイプ	： マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	： S0120170224161449
測定日時	： 2017/02/24 (金) 16:14:49
測定時間	： 18 分
デッドタイム	： 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	： BG補正あり (BG測定日時 : 2017/02/24 (金) 10:22:49)
減衰補正	： 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.81E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.75E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.81E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.86E+01) (誤差は３σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名	： 卵＿たいら鶏卵事業協同組合
産地	： HW９－２
検体番号	： Ｆ２２１８００９
依頼者	： ＰＰＱＣ（たいら鶏卵事業協同組合）
分類	： 原料卵
コメント	：
供試量	： 1.026 kg
測定試料重量	： 1.026 kg
測定試料タイプ	： マリネリKM301(有機物)

【 測定情報 】

データID	： S0120170224163337
測定日時	： 2017/02/24（金）16:33:37
測定時間	： 18 分
デッドタイム	： 0.0 %

【 分析条件 】

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補正	： BG補正あり （ BG測定日時：2017/02/24（金）10:22:49 ）
減衰補正	： 測定時の放射能濃度を計算 （減衰補正OFF）

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	5.81E+00
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	8.83E+00
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	9.73E+00
		Cs合計 (Cs-134,Cs-137不検出)			N.D.	(1.86E+01) (誤差は３σ)