



たいら鶏卵事業協同組合 御中

2023年6月24日

検査結果報告書

株式会社ピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 原料卵
受付番号: F8617008～F8617011
受付日: 2023年6月20日
測定日: 2023年6月23日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

| 農場名 | ^{131}I (ヨウ素131) | ^{134}Cs (セシウム134) | ^{137}Cs (セシウム137) | 暫定規制値 ² |
|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| HW3-1F | 検出せず ($<5.56\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<9.11\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<8.44\text{Bq/kg}$) | ^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が 100Bq/kg 以下 |
| HW3-2F | 検出せず ($<5.27\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<9.26\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<8.59\text{Bq/kg}$) | |
| HW4-1F | 検出せず ($<5.27\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<9.48\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<8.71\text{Bq/kg}$) | |
| HW4-2F | 検出せず ($<4.89\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<8.66\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<7.89\text{Bq/kg}$) | |

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子