



鈴木養鶏場 御中

2011年12月7日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
検体番号: BC07002・BC07003
受付日: 2011年12月6日
測定日: 2011年12月7日
検査方法: 測定器:
日立アロカメリアル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

| サンプル名/検体番号 | ^{131}I (ヨウ素131) | ^{134}Cs (セシウム134) | ^{137}Cs (セシウム137) | 暫定規制値 ² |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 原料卵-1 | 検出せず ($<16.1\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<24.8\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<24.8\text{Bq/kg}$) | ^{134}Cs (セシウム134)と ^{137}Cs (セシウム137)の 合計が 500Bq/kg 以下 |
| 原料卵-2 | 検出せず ($<16.4\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<26.0\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<26.3\text{Bq/kg}$) | |

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_鈴木養鶏場
 産地 :
 検体番号 : BC07002
 依頼者 : PPQC (鈴木養鶏場)
 分類 : 原料卵-1
 コメント :
 供試料 : 0.864
 測定試料重量 : 0.864 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120111207104027
 測定日時 : 2011/12/07 (水) 10:40:27
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2011/12/07 (水) 10:03:47)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

| No | 判定 | 核種名 | エネルギー (keV) | ネット面積±誤差 (Counts) | 放射能濃度±誤差 (Bq/) | 検出限界 (Bq/) |
|----|-----|--------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 不検出 | I-131 | 364.48 | N. D. | N. D. | 1.61E+01 |
| 2 | 不検出 | CS-137 | 661.65 | N. D. | N. D. | 2.48E+01 |
| 3 | 不検出 | CS-134 | 795.845 | N. D. | N. D. | 2.48E+01 |
| 4 | 不検出 | K-40 | 1460.81 | N. D. | N. D. | 2.53E+02 |



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_鈴木養鶏場
 産地 :
 検体番号 : BC07003
 依頼者 : PPQC (鈴木養鶏場)
 分類 : 原料卵-2
 コメント :
 供試料 : 0.85
 測定試料重量 : 0.85 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120111207105707
 測定日時 : 2011/12/07 (水) 10:57:07
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2011/12/07 (水) 10:03:47)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

| No | 判定 | 核種名 | エネルギー (keV) | ネット面積±誤差 (Counts) | 放射能濃度±誤差 (Bq/) | 検出限界 (Bq/) |
|----|-----|--------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| 1 | 不検出 | I-131 | 364.48 | N. D. | N. D. | 1.64E+01 |
| 2 | 不検出 | CS-137 | 661.65 | N. D. | N. D. | 2.63E+01 |
| 3 | 不検出 | CS-134 | 795.845 | N. D. | N. D. | 2.60E+01 |
| 4 | 不検出 | K-40 | 1460.81 | N. D. | N. D. | 2.63E+02 |

