



鈴木養鶏場 御中

2011年11月22日

検査結果報告書



株式会社ピッピーキューシン
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657

ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
検体番号: BB15001・BB15002
受付日: 2011年11月18日
測定日: 2011年11月21日
検査方法: 測定器:
日立アロカメリアル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名/検体番号	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
原料卵一赤20個 (BB15001)	検出せず (<15.7Bq/kg) ¹	検出せず (<24.1Bq/kg)	検出せず (<24.3Bq/kg)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が500Bq/kg以下
原料卵一赤20個 (BB15002)	検出せず (<16.1Bq/kg)	検出せず (<25.7Bq/kg)	検出せず (<26.1Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のを記載: 卵

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_鈴木養鶏場
 産地 :
 検体番号 : BB15001
 依頼者 : PPQC(鈴木養鶏場)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試料 : 0.863
 測定試料重量 : 0.863 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120111121131928
 測定日時 : 2011/11/21 (月) 13:19:28
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2011/11/21 (月) 09:07:56)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.57E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	2.43E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N. D.	N. D.	2.41E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.33E+02



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_鈴木養鶏場
 産地 :
 検体番号 : BB15002
 依頼者 : PPQC(鈴木養鶏場)
 分類 : 原料卵
 コメント :
 供試料 : 0.852
 測定試料重量 : 0.852 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120111121133741
 測定日時 : 2011/11/21 (月) 13:37:41
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2011/11/21 (月) 09:07:56)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.61E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	2.61E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N. D.	N. D.	2.57E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.44E+02

