

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
 福島県二本松市岳温泉大和125-7
 TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 卵(内容のみ)
 受付番号: BA06009・BA06010
 受付日: 2011年10月5日
 測定日: 2011年10月6日
 検査方法: 測定器:
 日立アロカメリアル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
パック卵-1	検出せず ($<20.3\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<32.5\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<33.9\text{Bq/kg}$)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が 500Bq/kg 以下
パック卵-2	検出せず ($<20.8\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<32.2\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<34.0\text{Bq/kg}$)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が 500Bq/kg 以下

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵__都路農場
 産地 :
 検体番号 : BA06009
 依頼者 : PPQC (都路農場)
 分類 : パック卵-1
 コメント :
 供試料 : 0.81 kg
 測定試料重量 : 0.81 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120111006143701
 測定日時 : 2011/10/06 (木) 14:37:01
 測定時間 : 10 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2011/10/06 (木) 11:36:17)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	2.03E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	3.39E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N. D.	N. D.	3.25E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	3.36E+02



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 卵_都路農場
 産地 :
 検体番号 : BA06010
 依頼者 : PPQC(都路農場)
 分類 : パック卵-2
 コメント :
 供試料 : 0.801 kg
 測定試料重量 : 0.801 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120111006144843
 測定日時 : 2011/10/06 (木) 14:48:43
 測定時間 : 10 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2011/10/06 (木) 11:36:17)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	2.08E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	3.40E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N. D.	N. D.	3.22E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	3.40E+02

