

検査報告書

依頼者 有限会社 サカイフーズ 殿

検査品の名称 石川農場 井戸水

表記事項

平成 23年 8月 30日付け依頼のありました検査品の検査結果をご報告いたします。



記

項目名	結果	検出限界値	検査法
放射性セシウム	検出せず		
セシウム-134	検出せず	10 Bq/kg	ガンマ線スペクトロメーター法*
セシウム-137	検出せず	10 Bq/kg	ガンマ線スペクトロメーター法*
放射性ヨウ素	検出せず		
ヨウ素-131	検出せず	10 Bq/kg	ガンマ線スペクトロメーター法*

*:ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。

以上